


Deklaracja Zgodności WE (CE)

Itron GmbH
Hardeckstrasse 2
D-76185 Karlsruhe

Deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyroby pod nazwą gazomierze rotorowe **DELTA** oraz **DELTA S-Flow** są zaprojektowane i produkowane zgodnie z następującymi dyrektywami:

1. 2014/68/EU Moduły B+D Kategoria IV – PED dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych z certyfikatem typu WE nr. **DVGW CE-0085BM0420**
Moduł D nadzorowany jest przez:
TÜV SÜD Industrie Service GmbH (CE:0036);
Westendstr. 199, D-80686 München
Nr certyfikatu WE (CE): **DGR-0036-QS-955-17**
Stosowane gazy są sklasyfikowane w grupie 1 zgodnie z artykułem 13.
2. 2014/30/EU – EMC (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)
EN 61000-6-2 (2016); EN 61000-6-3 (2006 + A1 : 2010); EN 60947-5-2 (2014).
3. 2014/34/EU – ATEX
Z certyfikatem zatwierdzenia typu WE (CE) nr. : **LCIE 06 ATEX 6031 X**
0081 LCIE 33 avenue General Leclerc, F-92266 Fontenay-aux-Roses
 **II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga / Gb c T6**
EN 60079-0:2012 + ENA11:2013, EN 60079-11:2012, EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011.
Moduł D (Załącznik IV) jest nadzorowany przez:
TÜV SÜD Product Service GmbH (CE:0123)
Ridlerstr. 65, D-80339 München
Nr certyfikatu WE (CE): **EX2 14 05 70229 003**
4. 2014/32/EU – MID dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych
Załącznik B z certyfikatami badania typu WE (CE):
Nr: DE-17-MI002-PTB001 & DE-07-MI002-PTB018
Moduł D jest nadzorowany przez:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (CE:0102)
Bundesallee 100, D-38116 Braunschweig
5. 2011/65/EU (RoHS) – Obowiązująca wyłącznie w przypadku zastosowania urządzeń elektronicznych EN 50581 92012)

Karlsruhe, 20.10.2017



K. Zinnitsch

Dyrektor zarządzający